



## **ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА**

Српске војске 53, 76300 Бијељина  
Тел: +387 55 415-111; Факс: +387 55 415-190  
e-mail: [domzdravljabijeljina@gmail.com](mailto:domzdravljabijeljina@gmail.com)  
web: [www.dzbijeljina.com](http://www.dzbijeljina.com)  
Жиро рачун 555-001-00107506-73 Нова банка  
ЈИБ: 4400379180003

**Број: 20-607/26**

**Датум: 26.03.2026. године**

На основу члана 70. став (1), а у вези са чланом 64. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14, 59/22 и 50/24), Одлуке о покретању поступка набавке, број: 20-323/26 од 24.02.2026. године, у поступку јавне набавке роба - Санитетско возило са опремом за потребе Дома здравља Бијељина, директор Дома здравља Бијељина доноси:

### **О Д Л У К У**

**о**

#### **избору најповољнијег понуђача**

##### **Члан 1.**

Наконведеног отвореног поступка јавне набавке, примјеном критеријума економски најповољнија понуда, а у складу са препоруком Комисије за провођење поступка јавне набавке, уговор за јавну набавку роба - Санитетско возило са опремом, додјељује се понуђачу:

**"MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука, угао улица Цара Лазара и Булевара војводе Степе Степановића Бања Лука, са укупном цијеном понуде у износу 119.500,00 КМ без ПДВ-а, роком испоруке до 170 (стоседамдесет) дана од дана наруџбе и гарантним роком од 24 (двадесетчетири) мјесеца на мотор и остале склопове без ограничења километраже (максимално оцијењених 100 бодова).**

##### **Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и сходно члану 70. став (6) и члану 71. Закона о јавним набавкама БиХ, биће прослијеђена понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, уз истовремено објављивање на веб страници уговорног органа [www.dzbijeljina.com](http://www.dzbijeljina.com)

##### **Члан 3.**

Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у вези са предметном набавком сходно захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговарања.

## Образложење

Уговорни орган покренуо је по правилима отвореног поступка јавну набавку роба - Санитетско возило са опремом за потребе Дома здравља Бијељина, те дана 24.02.2026. године на Порталу јавних набавки објавио Обавјештење о набавци, број: 87-1-1-29-3-28/26. У Тендерској документацији наведени су сви квалификациони услови које понуђачи треба да испуњавају, а који су прописани отвореним поступком јавне набавке.

Комисија за јавну набавку роба - Санитетско возило са опремом је дана 16.03.2026. године у 10 часова и 30 минута благовремено и правилно извршила отварање понуда, о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број: 20-512/26 од 16.03.2026. године, у коме је утврђено сљедеће:

До крајњег рока за пријем понуда (16.03.2026. године до 10 часова и 00 минута), понуду су благовремено доставила 2 (два) понуђача, и то:

1. **"MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука, понуда евидентирана под бројем протокола 20-506/26 од 16.03.2026. године у 07 часова и 45 минута, са укупном цијеном понуде у износу 119.500,00 КМ без ПДВ-а, роком испоруке до 170 (стоседамдесет) дана од дана наруџбе и гарантним роком од 24 (двадесетчетири) мјесеца на мотор и остале склопове без ограничења километраже.**

2. **"МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука, понуда евидентирана под бројем протокола 20-508/26 од 16.03.2026. године у 09 часова и 55 минута, са укупном цијеном понуде у износу 120.000,00 КМ без ПДВ-а, роком испоруке до 180 (стоосамдесет) дана од дана наруџбе и гарантним роком од 24 (двадесетчетири) мјесеца на мотор и остале склопове без ограничења километраже.**

На отварању понуда присуствовао је Младен Борковић, представника понуђача "МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука.

Након отварања понуда, Комисија је у складу са чланом 63. став (5) и став (6) Закона о јавним набавкама БиХ сачинила Записник о отварању понуда и исти доставила понуђачима.

Комисија је на затвореном састанку одржаном дана 25.03.2026. године у 11:00 часова приступила анализи документације приложене уз понуду у смислу валидности обзиром на исказане захтјеве у тендерској документацији. Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације, Комисија је констатовала да понуда од стране понуђача **"МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука** не испуњава све захтјеве дефинисане тендерском документацијом, те као таква се **одбацује као неправилна** из сљедећих разлога:

Понуда "МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука није достављена у складу са условима из тендерске документације те се одбацује као неправилна.

Комисија је детаљним увидом у документацију извршила поређење са техничком спецификацијом датај у тендерској документацији и утврдила следеће:

- За тачку под редним бројем 2. Самоутоварна носила, комисија је, увидом у достављену документацију понуђача "МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука, утврдила следеће:

понуђена дужина самоутоварних носила дужине 1950mm (195cm) а не 1980mm ( $\pm 10$ mm) како је тражено,

понуђена ширина самоутоварних носила ширине 560mm (56cm), а не 580mm ( $\pm 10$ mm) како је тражено

"полиетиленска плоча једноставна за чишћење" - увидом у приложене каталоге није могуће утврдити испуњеност захтјеване техничке карактеристике.

"Два црна рефлектујућа појаса" - увидом у приложене каталоге није могуће утврдити испуњеност захтјеване техничке карактеристике.

"Причвршћивач за носила сертифициван на 10G, материјал израде: алуминијум, најлон, РЕ, метал" - није наведен материјал од ког је израђен причвршћивач.

Понуђене димензије мадраца су: 1860x470mm (186x470cm), а не 1770x430mm ( $\pm 10$ mm) како је тражено.

- За тачку под редним бројем 5. Транспортна склопива кардио столица, комисија је увидом у достављену документацију утврдила следеће:

"Носивост мин. 175kg, са 2 точка" - понуђена је столица са 4 точка.

"2 каиша за имобилизацију пацијента" - увидом у приложене каталоге није могуће утврдити испуњеност захтјеване техничке карактеристике.

"Материјал: Метал, Алуминијум PU, PVC" - увидом у приложене каталоге, понуђена су транспортна колица која су израђена од Алуминијума и PVC-а.

- За тачку под редним бројем 6. Склопива носила, комисија је увидом у достављену документацију утврдила следеће:

"Макс. димензије склопљена: 1000x200x120mm ( $\pm 10$ mm)" - увидом у приложене каталоге није могуће утврдити испуњеност захтјеване техничке карактеристике.

"Материјал израде: Al, Метал, PVC" - увидом у приложене каталоге није видљиво тражено.

- За тачку под редним бројем 7. Портабилни пулсни оксиметар, комисија је увидом у достављену документацију утврдила следеће:

"Батеријско напајање, са вишекратним сензором у облику штипаљке, сензор намјењен за апликацију на кажипрст, алтернативно и остале прсте, сензор предвиђен за популацију од  $>40$ kg" - Увидом у приложене каталоге није могуће утврдити модел понуђеног сензора, као ни његове техничке карактеристике. Такође, тендерском документацијом је захтјеван сензор намијењен за популацију  $>40$ kg, док је понуђач понудио сензор намијењен одраслим лицима, што није у потпуности у складу са траженим условом-

Понуђен је дисплеј величине 4.3 инча, а не 3.5 инча како је тражено.

"4 литијумске батерије са 3000mAh за обезбјеђење мин. 20 сати праћења, распон пулса 20-250 откуцаја у минути" - Увидом у приложене каталоге утврђено је да понуђач у једном од достављених докумената наводи да уређај обезбјеђује минимално 32 сата праћења, док је у другом документу наведено да уређај посједује једну батерију која обезбјеђује до 8 сати рада, што представља неусклађеност у достављеној документацији.

Такође, тендерском документацијом је захтјеван распон пулса од 20-250 откуцаја у минути, док понуђач нуди уређај са распоном 25-250 откуцаја у минути, што је мањи распон у односу на тражено.

Понуђен је уређај са перфузионим распоном од 0,05%-20%, а не 0,03%-20% како је тражено.

- Такође, тендерском документацијом тражено је да се као доказ о испуњавању достави следеће:

*"Каталог или извод из каталога, технички фајл или извод из техничког фајла, упутство за употребу или извод из упутства за употребу за понуђено возило и медицинску опрему којим се доказује испуњавање наведених минималних карактеристика. **Неопходно је означити минимално захтјеване техничке карактеристике.** За техничке карактеристике које нису видљиве у каталогу или изводу из каталога, техничком фајлу или изводу из техничког фајла, упутству за употребу или изводу из упутства за употребу важи изјава произвођача или изјава генералног заступника или изјава овлашћеног дистрибутера произвођача о*

испуњавању минимално захтјеваних техничких карактеристика (оригинал или овјерена копија)".

Увидом у достављену документацију, комисија је утврдила да понуђач није извршио означавање минимално захтјеваних техничких карактеристика ни у једној од ставки, како је прописано тендерском документацијом.

Такође, за техничке карактеристике које нису видљиве у каталогу, техничком листу, упутству за употребу или изводима из истих, тендерском документацијом је прописана обавеза достављања изјаве произвођача, генералног заступника или овлаштеног дистрибутера. Увидом у приложену документацију, комисија је утврдила да је понуђач у сврху доказивања минимално захтјеваних техничких карактеристика доставио документ под називом "Каталог производа", сачињен на сопственом меморандуму, што није у складу са условима прописаним тендерском документацијом.

Сходно наведеном Уговорни орган је оцијенио као **неправилну понуду понуђача "МАК COMPANY" Д.О.О. Бања Лука**, с обзиром да није доказао да понуђена роба испуњава захтјеване минималне техничке карактеристике, у складу са захтјевима из тендерске документације, **те с тим у вези понуда од стране наведеног понуђача се одбацује као неправилна.**

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације, Комисија је констатовала да понуда од стране понуђача **"MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука** испуњава све захтјеве дефинисане тендерском документацијом, те је иста оцијењена као формално-правно и технички квалификована и може бити предмет вредновања, сходно у тендерској документацији утврђеном критеријуму за додијелу уговора - економски најповољнија понуда.

**Рангирање понуда према критеријуму за избор понуде:**

Р/Б	Назив понуђача	Цијена (КМ без ПДВ-а)	Рок испоруке	Гарантни рок	Број бодова
1.	"MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука	119.500,00 КМ (80 бодова)	170 дана (10 бодова)	24 мјесеца (10 бодова)	100 бодова

С обзиром да је понуда понуђача "MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука оцијењена као најповољнија, Комисија за јавну набавку санитетског возила са опремом предлаже прихватање понуде, те сходно члану 70. Закона доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача:

**"MEDIMAX" Д.О.О. Бања Лука, угао улица Цара Лазара и Булевара војводе Степе Степановића Бања Лука.**

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације. У поступку оцјеневеденог поступка нису нађени разлози, неправилности нити пропусти у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавка БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 39/14, 59/22 и 50/24), уз Одлуку о избору најповољнијег понуђача доставља се и Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 20-606/26 од 26.03.2026. године, који представља саставни дио ове Одлуке.

Имајући у виду све напријед наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕК:**

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 (десет) дана по пријему исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем Уговорног органа директно или препорученом поштиљком, у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од 3 (три), на начин прописан чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



**ДИРЕКТОР**

Прим. др Данијела Ђукин