



## **ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА БИЈЕЉИНА**

Српске војске 53, 76300 Бијељина

Тел: +387 55 415-111; Факс: +387 55 415-190

e-mail: [domzdravljabijeljina@gmail.com](mailto:domzdravljabijeljina@gmail.com)

web: [www.dzbijeljina.com](http://www.dzbijeljina.com)

Жиро рачун 555-001-00107506-73 Нова банка

ЈИБ: 4400379180003

**Број: 20-862/26**

**Датум: 29.04.2026. године**

На основу члана 70. став (1), а у вези са чланом 64. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14, 59/22 и 50/24), Одлуке о покретању поступка набавке, број: 20-592/26 од 25.03.2026. године, у поступку јавне набавке роба - ЕКГ апарати за потребе Дома здравља Бијељина, директор Дома здравља Бијељина доноси:

### **О Д Л У К У**

**о**

#### **избору најповољнијег понуђача**

##### **Члан 1.**

Након проведеног отвореног поступка јавне набавке, примјеном критеријума економски најповољнија понуда, а у складу са препоруком Комисије за провођење поступка јавне набавке, уговор за јавну набавку роба - ЕКГ апарати, додјељује се понуђачу:

**"MEDICOM" Д.О.О. Бијељина, Саве Шумановића 89 Бијељина, са укупном цијеном понуде у износу 67.900,00 КМ без ПДВ-а и роком испоруке робе до 45 (четрдесетпет) дана од дана наруџбе (максимално оцијењених 100 бодова).**

##### **Члан 2.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и сходно члану 70. став (6) и члану 71. Закона о јавним набавкама БиХ, биће прослијеђена понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, уз истовремено објављивање на веб страници уговорног органа [www.dzbijeljina.com](http://www.dzbijeljina.com)

##### **Члан 3.**

Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у вези са предметном набавком сходно захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулишу поступке уговарања.

## Образложење

Уговорни орган покренуо је по правилима отвореног поступка јавну набавку роба - ЕКГ апарати за потребе Дома здравља Бијељина, те дана 25.03.2026. године на Порталу јавних набавки објавио Обавјештење о набавци, број: 87-1-1-66-3-36/26. У Тендерској документацији наведени су сви квалификациони услови које понуђачи треба да испуњавају, а који су прописани отвореним поступком јавне набавке.

Комисија за јавну набавку роба - ЕКГ апарати је дана 15.04.2026. године у 10 часова и 30 минута благовремено и правилно извршила отварање понуда, о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број: 20-750/26 од 15.04.2026. године, у коме је утврђено сљедеће:

До крајњег рока за пријем понуда (15.04.2026. године до 10 часова и 00 минута), понуду су благовремено доставила 2 (два) понуђача, и то:

1. "EMEDING" Д.О.О. Сарајево, понуда евидентирана под бројем протокола 20-739/26 од 14.04.2026. године у 07 часова и 45 минута, са укупном цијеном понуде у износу 35.100,00 КМ без ПДВ-а и роком испоруке робе до 5 (пет) дана од дана наруџбе.

2. "MEDICOM" Д.О.О. Бијељина, понуда евидентирана под бројем протокола 20-743/26 од 15.04.2026. године у 08 часова и 55 минута, са укупном цијеном понуде у износу 67.900,00 КМ без ПДВ-а и роком испоруке робе до 45 (четрдесетпет) дана од дана наруџбе.

На отварању није било представника понуђача.

Након отварања понуда, Комисија је у складу са чланом 63. став (5) и став (6) Закона о јавним набавкама БиХ сачинила Записник о отварању понуда и исти доставила понуђачима.

Комисија је на затвореном састанку одржаном дана 29.04.2026. године у 11:00 часова приступила анализи документације приложене уз понуду у смислу валидности обзиром на исказане захтјеве у тендерској документацији. Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације, Комисија је констатовала да понуда од стране понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево не испуњава све захтјеве дефинисане тендерском документацијом, те као таква се **одбацује као неправилна** из сљедећих разлога:

Р.Б. 1.4. Алфанумеричка тастатура за унос података са освјетљеним тастерима:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 43 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 43 понуде понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је означио "Алфанумеричка мембранска тастатура с функцијским типкама". Понуђени уређај не испуњава минимално захтјевану техничку карактеристику јер нема "Алфанумеричку тастатуру за унос података **са освјетљеним тастерима**" како је захтјевано.

Р.Б. 1.10. Интерна меморија од 200 ЕКГ записа, као и додатних 200 ЕКГ записа уз кориштење екстерног УСБ-а:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 43 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 43 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: Понуђач је означио да понуђени уређај има интерну меморију од 15000 ЕКГ прегледа, 15000 пацијената али није означио у достављеном каталогу нити је видљиво у достављеном каталогу да понуђени уређај подржава "кориштење екстерног УСБ-а" како је захтјевано под

**редним бројем 1.10. тако да понуђени уређај не испуњава захтјевану минималну техничку карактеристику.**

Р.Б. 1.12. Треба да постоји програм/алгоритам тумачења за педијатријске анализе са базом података од најмање 600 интерпретираних изјава, најмање 45 мјерења морфолошке анализе од 12 деривата и минимално 20 параметара анализе ритма:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 43 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 43 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: **Понуђач није означио у достављеном каталогу нити је видљиво у достављеном каталогу да понуђени уређај има "најмање 45 мјерења морфолошке анализе у сваком од 12 деривата и минимално 20 параметара анализе ритма" како је захтјевано у оквиру Р.Б. 1.12.**

Р.Б. 1.23. Анатомска мапа приказана на екрану која приказује локацију и ознаку сваког деривата који је искључен или даје слаб сигнал:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 41 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 41 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: понуђач је означио "ИНОП сигнализација неовисна за сваку електроду". **У достављеном каталогу на страни 41 није означено нити је видљиво да уређај посједује "Анатомска мапа приказана на екрану која приказује локацију и ознаку сваког деривата који је искључен или даје слаб сингал" како је захтјевано под Р.Б. 1.23.**

Р.Б. 1.25. 12-жилни пацијент кабл дуги - 1 ком:

Заинтересовани понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је 03.04.2026. године на Порталу јавних набавки поставио питање:

"Poštovani,

*Molimo Vas pojašnjenje tenderske specifikacije i to za:*

*R.broj 1.25: 12-žilni pacijent kabl dugi. Molimo da nam pojasnite. Da biste dobili 12-kanala na elektrokardiografu potreban je 10-žilini pacijent kabl, jer to i navodite u R. broju 1.26: Elektrode za ekstremitete za odrasle - 4 komada i u R. broju 1.27: Prekordijalne elektrode za odrasle - 6 komada.*

*Što potvrđuje da je potreban 10-žilni pacijent kabl, kao standard.*

*Šta Vam konkretno znači da je 12-žilni pacijent kabl dugi. Koliko dugi, obzirom da postoji standard kod dužine pacijent kabla. Svi proizvođači su obavezni pridržavati se ovog pravila.*

*Ista pitanja se odnose i na: R. broj 2.25, R. broj 2.26, R.broj 2.27."*

Уговорни орган је 08.04.2026. године доставио одговор:

"Поштовани,

Захтјев за 12-жилним ЕКГ каблом односи се на кабл намијењен за снимање стандардног 12-каналног ЕКГ-а. У складу са међународним стандардима, такви системи користе 10 физичких електрода/жила из којих се генерише 12 одвода. Термин "12-жилни" у овој набавци кориштен је у функционалном, а не стриктно физичком смислу, што је уобичајна пракса у медицинским набавкама. У том смислу прихватљив је 10-жилни ЕКГ кабл за генерисање 12-каналног ЕКГ-а.

Термин "дуги кабл" кориштен је као функционална одредница којом се јасно захтјева испорука продужене (лонг) варијанте пацијентског кабла која ће омогућити већу удаљеност између уређаја и пацијента. **У техничком смислу уговорни орган ће прихватити кабл дужине 3м или дужи, чиме су задовољени стандарди на које се позивате у питању.**

С поштовањем,"

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 47 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 47 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је као Р.Б. 1.25.значио "Пацијент кабл - 10-жилни". Из достављеног каталога није видљиво која је дужина пацијент кабла, **Уговорни орган је у свом одговору на питање које је понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево поставио на Порталу јавних набавки навео да ће прихватити кабл дужине 3м или дужи.** У достављеном каталогу није видљива дужина пацијент кабл тако да понуђени уређај не испуњава минимално захтјевану техничку карактеристику.

Р.Б. 2.4. Алфанумеричка тастатура за унос података са освјетљеним тастерима:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 51 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 51 понуде понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је значио "Алфанумеричка мембранска тастатура с функцијским типкама". Понуђени уређај не испуњава минимално захтјевану техничку карактеристику јер нема "Алфанумеричку тастатуру за унос података **са освјетљеним тастерима**" како је захтјевано.

Р.Б. 2.10. Интерна меморија од 200 ЕКГ записа, као и додатних 200 ЕКГ записа уз кориштење екстерног УСБ-а:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 51 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 51 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: понуђач је значио да понуђени уређај има интерну меморију од 15000 ЕКГ прегледа, 15000 пацијената, **али није значио у достављеном каталогу нити је видљиво у достављеном каталогу да понуђени уређај подржава "кориштење екстерног УСБ-а" како је захтјевано под редним бројем 2.10. тако да понуђени уређај не испуњава захтјевану минималну техничку карактеристику.**

Р.Б. 2.12. Треба да постоји програм/алгоритам тумачења за педијатријске анализе са базом података од најмање 600 интерпретираних изјава, најмање 45 мјерења морфолошке анализе од 12 деривата и минимално 20 параметара анализе ритма:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 51 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 51 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: **Понуђач није значио у достављеном каталогу нити је видљиво у достављеном каталогу да понуђени уређај има "најмање 45 мјерења морфолошке анализе у сваком од 12 деривата и минимално 20 параметара анализе ритма" како је захтјевано у оквиру Р.Б. 2.12.**

Р.Б. 2.23. Анатомска мапа приказана на екрану која приказује локацију и ознаку сваког деривата који је искључен или даје слаб сигнал:

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 49 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 49 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево видљиво је да понуђени уређај не испуњава захтјевану техничку карактеристику: понуђач је означио "ИНОП сигнализација неовисна за сваку електроду". **У достављеном каталогу на страни 49 није означено нити је видљиво да уређај посједује "Анатомска мапа приказана на екрану која приказује локацију и ознаку сваког деривата који је искључен или даје слаб сингал" како је захтјевано под Р.Б. 2.23.**

Р.Б. 2.25 12-жилни пацијент кабл дуги - 1 ком:

Заинтересовани понуђач Емединг доо је 03.04.2026. на Порталу јавних набавки поставио питање:

*"Poštovani,*

*Molimo Vas pojašnjenjetenderskespecifikaciji to za:*

*R.broj 1.25: 12-žilni pacijentkabl dugi. Molimo da nam pojasnite. Da bi stedobili 12-kanala naelektrokardiografu potreban je 10-žilini pacijentkabl, jer to inavodite u R.broju 1.26: Elektrode za ekstremitete za odrasle-4 komadai u R.broju 1.27: Prekordijalne elektrode za odrasle-6 komada.*

*Što potvrđuje da je potreban 10-žilni pacijent kabl, kao standard.*

*Šta Vam konkretno znači da je 12-žilni pacijent kabl dugi. Koliko dugi, obzirom da postoji standard kod dužine pacijent kabla. Svi proizvođači su obavezni pridržavati se ovog pravila.*

*Ista pitanja se odnose i na: R.broj 2.25, R.broj 2.26, R.broj 2.27."*

Уговорни орган је 08.04.2026. године доставио одговор:

"Поштовани,

Захтјев за 12-жилним ЕКГ каблом односи се на кабл намијењен за снимање стандардног 12-каналног ЕКГ-а. У складу са међународним стандардима, такви системи користе 10 физичких електрода/жила из којих се генерише 12 одвода. Термин "12-жилни" у овој набавци кориштен је у функционалном, а не стриктно физичком смислу, што је уобичајна пракса у медицинским набавкама. У том смислу прихватљив је 10-жилни ЕКГ кабл за генерисање 12-каналног ЕКГ-а.

Термин "дуги кабл" кориштен је као функционална одредница којом се јасно захтјева испорука продужене (лонг) варијанте пацијентског кабла која ће омогућити већу удаљеност између уређаја и пацијента. **У техничком смислу уговорни орган ће прихватити кабл дужине 3м или дужи, чиме су задовољени стандарди на које се позивате у питању.**

С поштовањем,"

Понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је у Обрасцу за цијену понуде - Техничка спецификација (Анекс 2) навео да се на страни 55 понуде налази захтјевана техничка карактеристика. Понуђачи су били дужни означити у каталогу минимално захтјеване техничке карактеристике. Увидом у страну 55 понуде понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево је као Р.Б. 2.25. означио "Пацијент кабл - 10-жилни". Из достављеног каталога није видљиво која је дужина пацијент кабла, Уговорни орган је у свом одговору на питање које је понуђач "EMEDING" Д.О.О. Сарајево поставио на Порталу јавних набавки навео да ће прихватити кабл дужине 3м или дужи. **У достављеном каталогу није видљива дужина пацијент кабл тако да понуђени уређај не испуњава минимално захтјевану техничку карактеристику.**

Имајући у виду напријед наведено, очигледно је да понуда наведеног понуђача не испуњава услове захтјеване тендерском документацијом, **те с тим у вези понуда од стране понуђача "EMEDING" Д.О.О. Сарајево се одбацује као неправилна из разлога јер није у складу са тендерском документацијом.**

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и валидности документације, Комисија је константовала да понуда од стране понуђача "MEDICOM" Д.О.О. Бијељина испуњава све захтјеве дефинисане тендерском документацијом, те је иста оцијењена као формално-правно и технички квалификована и може бити предмет вредновања, сходно у тендерској документацији утврђеном критеријуму за додијелу уговора - економски најповољнија понуда.

#### **Рангирање понуда према критеријуму за избор понуде:**

<b>Р/Б</b>	<b>Назив понуђача</b>	<b>Цијена (КМ без ПДВ-а)</b>	<b>Рок испоруке</b>	<b>Број бодова</b>	<b>Ранг</b>
1.	"MEDICOM" Д.О.О. Бијељина	67.900,00 КМ <b>(80 бодова)</b>	45 дана <b>(20 бодова)</b>	<b>100 бодова</b>	<b>1</b>

С обзиром да је понуда понуђача "MEDICOM" Д.О.О. Бијељина оцијењена као најповољнија, Комисија за јавну набавку ЕКГ апарата предлаже прихватање понуде, те сходно члану 70. Закона доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача:

#### **"MEDICOM" Д.О.О. Бијељина, Саве Шумановића 89, 76300 Бијељина.**

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације. У поступку оцјеневеденог поступка нису нађени разлози, неправилности нити пропусти у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.

Сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавка БиХ ("Службени гласник БиХ" број: 39/14, 59/22 и 50/24), уз Одлуку о избору најповољнијег понуђача доставља се и Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 20-861/26 од 29.04.2026. године, који представља саставни дио ове Одлуке.

Имајући у виду све напријед наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕК:**

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 10 (десет) дана по пријему исте. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем Уговорног органа директно или препорученом пошљицом, у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од 3 (три), на начин прописан чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.



**ДИРЕКТОР**

Прим. др Данијела Ђукин